

CUADRO No. 001
DE ANÁLISIS DE OFERTA
C2-MIES-INEC-115

“Adquisición de equipos para la aplicación de pruebas de calidad de agua (cloro - e-coli) y pruebas de anemia en sangre, incluye suministros de limpieza para la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil”

REQUISITOS MÍNIMOS		OFERENTE 2
		SIMED S.A. RUC: 1790691810001
1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA		PRESENTA / NO PRESENTA (ACLARACION O NO)
<i>Formulario de Oferta Solicitado</i>	<i>Formulario de Oferta Ofertado</i>	
1. Oferta original	1. Oferta original	PRESENTA
2. Copia de la oferta	2. Copia de la oferta	PRESENTA
3. Carta de la oferta	3. Carta de la oferta El oferente presenta la Carta de la Oferta señalando la cantidad ofertada pero no indica el precio ofertado, sin embargo como parte de la oferta si consta el monto en el formulario de la lista de precios, al no considerarse un error sustancial se solicita la aclaración Aclaración solicitada: presentar la Carta de la Oferta en donde señale el monto ofertado de la misma.	ACLARACION
4. Formulario de información sobre el licitante	4. Formulario de información sobre el licitante	PRESENTA
5. Formularios de listas de precios	5. Formularios de listas de precios	PRESENTA
6. Lista de Precios: : Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados	6. Lista de Precios: : Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados	PRESENTA
7. Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos	7. Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos	NO APLICA

8. Formulario de declaración de mantenimiento de Oferta	8. Formulario de declaración de mantenimiento de Oferta	PRESENTA												
9. Autorización del fabricante	9. Autorización del fabricante	PRESENTA												
ANEXOS SOLICITADOS:	ANEXOS PRESENTADOS:													
10. Fraude y Corrupción.	10. Fraude y Corrupción.	PRESENTA												
11. Declaración de Desempeño sobre Explotación y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx)	11. Declaración de Desempeño sobre Explotación y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx)	PRESENTA												
REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS:	REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS:													
1. Lista de bienes y cronograma de Entregas	1. Lista de bienes y cronograma de Entregas	PRESENTA												
2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento	2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento	NO APLICA												
2. CUMPLIMIENTO DEL BIEN ESPERADO														
Solicitado		Ofertado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE 2</th> <th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA CUANTITATIVA</td> <td> <p>Equipos analizadores de hemoglobina cuantitativo</p> <p>Pantalla LCD o TFT, la cual permita la visualización de los valores medidos por un indicador digital.</p> <p>Medición de hemoglobina para la captación a partir de sangre capilar, venosa o arterial requiere únicamente de 10 ul.</p> <p>Resultado Cuantitativo de Hemoglobina</p> <p>Trabajo con muestras de sangre sin ningún tipo de procedimiento pre –analítico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibración Automática • Rango de medición en el rango de 0 a 25 g/dL. • Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 resultados </td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE 2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA CUANTITATIVA	<p>Equipos analizadores de hemoglobina cuantitativo</p> <p>Pantalla LCD o TFT, la cual permita la visualización de los valores medidos por un indicador digital.</p> <p>Medición de hemoglobina para la captación a partir de sangre capilar, venosa o arterial requiere únicamente de 10 ul.</p> <p>Resultado Cuantitativo de Hemoglobina</p> <p>Trabajo con muestras de sangre sin ningún tipo de procedimiento pre –analítico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibración Automática • Rango de medición en el rango de 0 a 25 g/dL. • Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 resultados 	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE 2</th> <th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA CUANTITATIVA</td> <td> <p>Equipos analizadores de hemoglobina cuantitativo</p> <p>Pantalla LCD o TFT, la cual permita la visualización de los valores medidos por un indicador digital.</p> <p>Medición de hemoglobina para la captación a partir de sangre capilar, venosa o arterial requiere únicamente de 10 ul.</p> <p>Resultado Cuantitativo de Hemoglobina</p> <p>Trabajo con muestras de sangre sin ningún tipo de procedimiento pre –analítico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibración Automática • Rango de medición en el rango de 0 a 25 g/dL. • Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 resultados </td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE 2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA CUANTITATIVA	<p>Equipos analizadores de hemoglobina cuantitativo</p> <p>Pantalla LCD o TFT, la cual permita la visualización de los valores medidos por un indicador digital.</p> <p>Medición de hemoglobina para la captación a partir de sangre capilar, venosa o arterial requiere únicamente de 10 ul.</p> <p>Resultado Cuantitativo de Hemoglobina</p> <p>Trabajo con muestras de sangre sin ningún tipo de procedimiento pre –analítico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibración Automática • Rango de medición en el rango de 0 a 25 g/dL. • Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 resultados 	12	PRESENTA
LOTE 2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.												
EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA CUANTITATIVA	<p>Equipos analizadores de hemoglobina cuantitativo</p> <p>Pantalla LCD o TFT, la cual permita la visualización de los valores medidos por un indicador digital.</p> <p>Medición de hemoglobina para la captación a partir de sangre capilar, venosa o arterial requiere únicamente de 10 ul.</p> <p>Resultado Cuantitativo de Hemoglobina</p> <p>Trabajo con muestras de sangre sin ningún tipo de procedimiento pre –analítico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibración Automática • Rango de medición en el rango de 0 a 25 g/dL. • Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 resultados 	12												
LOTE 2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.												
EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA CUANTITATIVA	<p>Equipos analizadores de hemoglobina cuantitativo</p> <p>Pantalla LCD o TFT, la cual permita la visualización de los valores medidos por un indicador digital.</p> <p>Medición de hemoglobina para la captación a partir de sangre capilar, venosa o arterial requiere únicamente de 10 ul.</p> <p>Resultado Cuantitativo de Hemoglobina</p> <p>Trabajo con muestras de sangre sin ningún tipo de procedimiento pre –analítico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibración Automática • Rango de medición en el rango de 0 a 25 g/dL. • Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 resultados 	12												

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de análisis Máximo de 60 segundos. • Temperatura de trabajo Mínimo en el rango de 12°C a 40°C • Accesorios Adaptador de red. <p>Otras Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energía / Alimentación Batería recargable • Certificados de Calidad del Equipo Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 • Estuche adecuado para el equipo y manuales de operaciones 			<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de análisis Máximo de 60 segundos. • Temperatura de trabajo Mínimo en el rango de 12°C a 40°C • Accesorios Adaptador de red. <p>Otras Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energía / Alimentación Batería recargable • Certificados de Calidad del Equipo Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 • Estuche adecuado para el equipo y manuales de operaciones 			
3. OFERTA ECONÓMICA							
Presupuesto referencial			Oferta económica propuesta				
El Presupuesto referencial para el LOTE 2 no mayor a: USD \$ 22.831.92 (Veintidós mil ochocientos treinta y un, dólares de los Estados Unidos de América, con 92/100) más IVA 15%, conforme al estudio de mercado realizado.			<p align="center">LOTE 2 USD \$ 22.831.92</p>				PRESENTA
4. EXPERIENCIA ESPECIFICA							
El oferente deberá acreditar experiencia en la provisión de bienes que sean similares en naturaleza y complejidad a los Bienes y Servicios Relacionados a este proceso, a través de la presentación de certificados, o actas de entrega recepción parciales y/o definitivas o facturas en los últimos cinco (5) años.			<p align="center">PRESENTA</p>			PRESENTA	
Los documentos a presentar, deberán reflejar los montos que individuales o sumados sean iguales o superiores al 20% del presupuesto referencial previsto para el lote o lotes sumados según aplique el oferente. MAXIMO 2 DOCUMENTOS			Factura No. 005-007-000004300 de fecha 07/11/2022, con el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS INEC, correspondiente a la adquisición de EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA CUANTITATIVO, por el valor de \$ 31.301.00				
5. OTROS PARÁMETROS							

<p>a) Presentar una carta compromiso debidamente suscrita en la cual el oferente se comprometa a entregar los equipos nuevos de fábrica, no re-manufacturados y homologados, ni reparados en ninguna de sus partes. Este debe ser entregado en la presentación de la oferta.</p>	<p>El oferente presenta en su oferta:</p> <p>Carta de compromiso, la misma que asegura la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas y se comprometa a entregar los equipos nuevos de fábrica, no re-manufacturados y homologados, ni reparados en ninguna de sus partes.</p>	<p>PRESENTA</p>
<p>b) El oferente deberá presentar el certificado de ser distribuidor autorizado de la marca, emitido por el fabricante ó mayorista debidamente suscrita. Este debe ser entregado en la presentación de la oferta.</p>	<p>Certificado de Distribuidor emitido por la marca.</p>	
<p>c) El oferente deberá presentar en la oferta una carta compromiso de garantía técnica, señalando que en el caso de ser adjudicado entregará una garantía técnica que tendrá vigencia de 12 meses (1) año, misma que regirá a partir de la fecha de suscripción del acta entrega recepción definitiva, además de incluir la reposición en un tiempo no mayor a 5 días laborables, los equipos en caso de daño de fábrica o defecto en el funcionamiento. El documento deberá garantizar la calidad de los equipos entregados; en el caso de existir inconvenientes en la misma, se deberá realizar la reparación y/o sustitución de los equipos, sin que esto implique un costo adicional para el INEC.</p>	<p>Garantía Técnica, el plazo para esta garantía es 12 meses a partir de la firma de suscripción del acta entrega recepción definitiva, además señala la reposición de los equipos será un tiempo no mayor a 5 días laborales, y garantiza una buena calidad de los bienes.</p>	<p>PRESENTA</p>
<p>También deberá entregar en la oferta:</p> <p>a) Para los equipos analizadores de hemoglobina cuantitativa: Certificados de Calidad del Equipo, Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 (para los equipos analizadores de hemoglobina).</p> <p>b) Para base recolectora (soporte de filtración de membrana). Ficha técnica del equipo ofertado, que incluyan las características, nombre, presentación, origen.</p>	<p>Certificado equipos nuevos, certificaciones ISO 13485, carta de buenas prácticas de manufactura, certificados de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, registro sanitario, permiso de funcionamiento ARCSA.</p> <p>- Ficha técnica del producto ofertado, catalogo, manual.</p>	<p>PRESENTA</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Copia simple RUC vigente donde conste la actividad económica y corresponda al objeto de contratación. • El licitante deberá presentar copia simple de balance general, estado de resultados, informe de auditoría, estados financieros, impuesto a la renta o cualquier documento debidamente legalizado, donde se pueda verificar el valor monetario total de los servicios presentados en cada uno de los últimos 5 años. 	<ul style="list-style-type: none"> • Copia simple de RUC donde consta la actividad económica • Declaraciones del impuesto a la renta por los años fiscales 2019-2020-2021-2022-2023. 	<p>PRESENTA</p>

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS		
Para la presentación de ofertas, no está permitido la presentación electrónica de la oferta, el proveedor deberá presentar un juego original y una copia, también incluirá una copia digital.	El oferente presenta su oferta de forma física y con firma manuscrita en original y copia, adicional el archivo digital en CD.	PRESENTA

Fuente: Oferta Técnica

Carmita Artieda
0400790416
Delegado de la máxima Autoridad

Diana Ortega
1313072926
Delegado del titular del área requirente

Victor Guevara
1721863486
Técnico afín al objeto de contratación

Marcela Carrera
1002874640
Secretaria